

Warszawa, dnia 22.12.2022 r.

Dotyczy: Dostawa chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) dla Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Potencjalni Wykonawcy drogą elektroniczną zwrócili się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uniwersytet Warszawski działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz informacjami o zmianach.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur pieca od +3°C do 450°C z krokiem co 0,1°C?

Odpowiedź:

Tak.